



Umowa nr

zawarta w dniu r. w Prudniku pomiędzy:
Powiatem Prudnickim, z siedzibą w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76, NIP 755-19-17-146,
REGON 531412600

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Prudniku, w imieniu którego działają:
Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki
Krzysztof Barwieniec - Wicestarosta
zwanym dalej „Zamawiającym”

a prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
..... z siedzibą NIP, REGON
..... zwanym w treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i montażu 2 szt. defibrylatorów AED z szafkami wewnętrznymi w ramach realizacji projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należyłą starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku przy ul. Młyńskiej 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku przy ul. Batorego 2 w godzinach pracy placówek.
3. Dostarczone urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 będą posiadały gwarancję producenta obejmującą okres nie krótszy niż 2 lata, licząc od daty sprzedaży.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oferowanego defibrylatora AED, zgodnie z opisem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.
5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić listy obecności uczestników szkoleń, dla każdej grupy oddzielnie.
6. Wykonawca ma obowiązek wydać uczestnikom szkoleń zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające logo i nazwę projektu, o którym mowa w § 1.

8

§3

Ustala się termin wykonania umowy w zakresie:

- 1) sprzedaży, dostarczania i montażu urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 do dnia 15 grudnia 2017 r.
- 2) przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 4 do dnia 15 grudnia 2017 r.

§4

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokościzł brutto (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.

§ 5

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

10. 11. 2017r.,
Bennetu-Kumpke
mgr Katarzyna Bennetu-Kumpke

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Defibrylator AED o następujących właściwościach:

- a) półautomatyczny lub automatyczny,
- b) wyprodukowany zgodnie z normami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych - 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.),
- c) posiadający certyfikaty: CE oraz zgodności PN-EN 60601,
- d) wydający komendy głosowe w języku polskim prowadzące przez wszystkie czynności ratownicze,
- e) możliwość bezpiecznej defibrylacji dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi ER 2015,
- f) wyposażony w elektrody uniwersalne dla dorosłych i dzieci (konwersja do trybu pediatrycznego za pomocą klucza pediatrycznego lub przycisku) lub wyposażony w elektrody dla dorosłych o okresie trwałości minimum 24 miesiące i elektrody pediatryczne o okresie trwałości minimum 24 miesiące,
- g) wyposażony w tzw. zestaw ratowniczy posiadający na wyposażeniu co najmniej: maseczkę do sztucznego oddychania, jednorazową golarkę do usuwania owłosienia z klatki piersiowej, parę jednorazowych rękawic medycznych w rozmiarze L, ręcznik, nożyczki),
- h) bateria: minimum 4 lata gwarancji producenta lub minimum 150 wyladowań,
- i) wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii,
- j) czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego nie więcej niż 10 sekund,
- k) wymiary (nie więcej niż): 10 cm x 25 cm x 28 cm,
- l) urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej wraz z przydatnością elektrod w cyklu codziennym,
- m) automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod i automatycznie dopasowuje poziom energii wyladowania,
- n) waga urządzenia wraz z baterią nie przekracza 2,0 kg,
- o) załączona torba transportowa zapewniająca ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, posiadająca „okienko” umożliwiające sprawdzenie kontrolki stanu defibrylatora bez konieczności otwierania torby,
- p) bezpieczny dla ratownika i pacjenta tzn., że wstrząs nie jest generowany jeśli rytm serca poszkodowanego nie wymaga defibrylacji,
- q) posiadający metronom RKO czyli podaje w jakim tempie należy uciskać klatkę piersiową oraz wykonywać wdechy ratownicze,
- r) załączona instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej,
- s) zgodnie z zaleceniami producenta po użyciu nie wymaga serwisu,
- t) posiadający pamięć wewnętrzną,
- u) temperatura pracy od 0 do 50 stopni C,
- v) gwarancja producenta minimum 2 lata, w tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych bez kosztów wymiany elektrod i baterii,
- w) **ilość: 2 szt.**

2. Szafka wewnętrzna (gabłota) na defibrylator o następujących właściwościach:

- a) przeznaczona do montowania wewnątrz budynku (np. korytarz),

- b) dostosowana do bezpiecznego przechowywania defibrylatora AED wraz z torbą transportową opisanych w pkt. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
- c) wykonana z materiału typu pleksi w pełni transparentna,
- d) waga szafki (gabloty) nie może przekraczać 2 kg,
- e) w zestawie: oznakowanie AED zgodnie z ILCOR ze skróconą instrukcją użycia urządzenia,
- f) ilość: 2 szt.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest w ramach złożonej oferty do montażu gablot (wraz z oznakowaniem) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (SOSW w Prudniku i SOSW w Głogówku) oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oferowanego defibrylatora AED, zgodnie z poniższymi wymogami:

- a) w zakresie obsługi defibrylatora, model opisany w pkt. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
- b) z elementami ćwiczeń praktycznych (w szczególności z obsługi defibrylatora),
- c) każdy uczestnik szkolenia musi samodzielnie przećwiczyć obsługę defibrylatora AED z użyciem defibrylatora treningowego tożsamego z urządzeniem terapeutycznym oraz manekina do nauki RKO,
- d) czas trwania: minimum 2 h (godziny zegarowe) dla każdej grupy,
- e) przeprowadzone przez uprawnioną osobę np. ratownika medycznego, pielęgniarkę lub certyfikowanego instruktora pierwszej pomocy,
- f) miejsce szkolenia na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, w których zamontowane będą defibrylatory (SOSW w Prudniku, ul. Młyńska 1 i SOSW w Głogówku, ul. Batorego 2),
- g) każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- h) liczba uczestników: 15 osób w SOSW w Prudniku i 15 osób w SOSW w Głogówku,
- i) termin szkolenia: do 15 grudnia 2017 r. (Zamawiający ustali wspólnie z Wykonawcą terminy szkoleń).